
 <p style="text-align: center;">SOP BALAI KESEHATAN PENERBANGAN</p>	Nomor SOP	049/SOP/HATPEN/XII/2017
	Tgl. Disahkan	18 Desember 2017
	Tgl. Revisi	
	Tgl. Diberlakukan	02 Januari 2018
	Diaahkan Oleh	 Capt. ANIMANTO S., S.P., M.M. Pembina TK. I (VTS) NIP. 19651120 198803 1 001
"PENGUJIAN EEG"		
Dasar Hukum	Cara Mengatasi	
1. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang penerbangan	1. Melakukan konfirmasi pengujian kesehatan terhadap Pengumpul dan Pengolah Data dan Informasi	
2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Kesehatan Penerbangan	2. Melengkapi bukti identitas diri	
3. Peraturan Menteri perhubungan Nomor 69 Tahun 2017, CASR 67 Tentang Standar Kesehatan dan Sertifikasi Personel Penerbangan		
4. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : KP.303 tahun 2012 tentang Standar Pemeriksaan dan Pengujian Kesehatan Personel Penerbangan.		
5. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : KP.250 tahun 2017 tentang Petunjuk teknis peraturan keselamatan penerbangan sipil bagian 67- 01 (Staff Instruksi Part 67- 01) Tentang Prosedur pemeriksaan kesehatan penerbangan (Aviation Medical Examination Procedures)		
6. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor 251 Tahun 2017 tentang formulir petunjuk teknis- 01 Balai kesehatan Penerbangan (Staff Instruksi (SI) Form- 01) Aviation Medical Center (AMC)		
7. Keputusan Menteri Kesehatan republik Indonesia / MenKes/ SK- IV 2014 Tentang Kompendium Alat Kesehatan Nomor 45		
Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan	
1. SOP Berkas Asembling Rekam Medis	A. Alat	
1. SOP Berkas Asembling Rekam Medis	4. Cap Elektroda	
	5. Spuit	
	6. Deymed Conductive Gel	
	7. Kursi keramas	
	8. Pengering rambut	
	9. Komputer	
	10. Printer	
	B. Bahan	
	1. Air untuk keramas	
	2. Kran shower	
	3. Sarung tangan	
	4. Shampo	
	5. Sabun cuci tangan	
	6. Handuk	
	7. Celemek	
	8. Kertas	
	9. Cap Clean / sabun pencuci cap elektrode	
Peringatan		
1. Apabila checklis klien (applicant) tidak terdapat tanda pengujian EEG, maka Pengujian tidak bisa dilakukan		
2. Apabila klien (applicant) datang tidak membawa bukti identitas diri, maka pengujian tidak bisa dilakukan.		

No	Uraian Jenis Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pengumpul dan Pengolah Data dan Informasi	Perawat	Dokter Neurologist	Kelengkapan	Waktu	Output		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Menerima checkst klien (Applicant)				Checklist	5 detik	Tanda Terima		
2.	Mengidentifikasi , Status medis klien (applicant) meliputi : nama, tempat tanggal lahir, instansi, jenis kelamin. Melakukan pengujian EEG				Menerima Checklist rekam medis klien, Deymed Diagnostic EEG	1200 detik	Data klien (applicant)	Sesuai Instruksi kerja Persiapan Deymed Diagnostik EEG. Instruksi kerja mencuci tangan, pendaftaran & anamnesa klien (applicant) meliputi nama, tempat tanggal lahir, alamat, usia, jenis kelamin, keluhan. Sesuai Instruksi kerja Pengujian EEG & instruksi membersihkan rambut	
3.	Membaca Hasil Pengujian EEG				Deymed Diagnostic EEG , printer	600 detik	Laporan Hasil Pengujian EEG	Sesuai Instruksi kerja membaca hasil EEG	
4.	Mengantar Hasil EEG, membersihkan alat				Laporan hasil pengujian EEG, Cap clean	600 detik	Tanda terima Hasil Laporan pengujian EEG	Sesuai IK Membersihkan alat	
5.	Menerima Hasil Laporan Pengujian EEG				Hasil Laporan pengujian EEG	120 detik			
Total waktu pelaksanaan Pengujian EEG						2525 detik	42 Menit		