
	<p style="text-align: center;">S O P BALAI KESEHATAN PENERBANGAN</p>	Nomor SOP	269/SOP/HATPEN/XII/2018
		Tgl. Disahkan	18 DESEMBER 2017
		Tgl. Revisi	
		Tgl. Diberlakukan	
		Disahkan Oleh	KEPALA BALAI KESEHATAN PENERBANGAN  Capt. AVIRIANTO S., S.PD., MM Pembina TK. I (IV/b) NIP. 1965112011990031001
PENGUJIAN HOLTER			
Dasar Hukum		Cara Mengatasi	
<ol style="list-style-type: none"> 1. UU Nomor : 1 / 2009 Tentang Penerbangan 2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : 55 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Kesehatan Penerbangan 3. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 69 Tahun 2017, CASR 67 Tentang Standar Kesehatan dan Sertifikasi 4. Peraturan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Nomor : KP 303 Tahun 2012 Tentang Standar Pemeriksaan dan Pengujian Kesehatan Personil Penerbangan 5. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : KP 250 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 67-01 (Staff Instruction part 67-01) tentang Prosedur Pemeriksaan Kesehatan Penerbangan (Aviation Medical Examination Procedures) 6. Peraturan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Nomor : KP 251 Tahun 2017 Tentang Formulir Petunjuk Teknis - 01 Balai Kesehatan Penerbangan (Staff Instruction (SI) Form 01) Aviation Medical Center (AMC) 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Klien (aplicant) diminta untuk melakukan pendaftaran di registrasi 	
Keterkaitan		Peralatan / Perlengkapan	
1 SOP Assembling berkas rekam medis		Peralatan pengujian holter	
Peringatan			
1 Jika tidak ada check-list yang menunjukkan untuk pengujian Holter maka pengujian tidak dilakukan			

No	Uraian Jenis Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Pengumpul dan Pengolah Data Informasi	Perawat	Dokter SpJP	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Klien (applicant) melakukan pendaftaran untuk pemasangan Holter				Checklist	5 menit	Ceklist pengujian kesehatan	Pengujian Holter ini mengacu pada instruksi kerja holter
2	Melakukan pemasangan Holter dipasang selama 24 jam sampai applicant kembali ke poli jantung untuk pelepasan alat Holter dan diprint ke komputer					20 menit	Klien (Applicant) sudah siap untuk melakukan rekam jantung	
3	Dokter Sp.JP membaca hasil Holter					5 menit	Hasil interpretasi pengujian Holter	
4	Menyerahkan ke bagian pengumpul dan pengolah data informasi					2 menit	Tanda terima	
		Total Waktu					32 menit	